

ВОПРОС

Купили кислородную станцию АКС, в технических характеристиках указано – «Давление продуктового газа, МПа – не более 15». К какому классу опасности её отнести при регистраций?

ОТВЕТ

Учёту в органах Ростехнадзора подлежат, не сами кислородные станции, а сосуды, работающие под давлением, связанные технологическим процессом со станцией. Для конкретного ответа на Ваш вопрос необходимо знать конкретный тип кислородной станции АКС, её назначение, производительность, или обратится к статье 2 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а также к пункту 215 ФНП в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».